



Centro de
Instrumentación
Científica

Información importante usuarios RMN

17/09/2024

Se comunica a los usuarios del servicio de
Resonancia Magnética

Nuclear con sede en Fuentenueva, que debido a
una incidencia técnica en los equipos:

- No se deben traer muestras con compuestos o elementos paramagnéticos/ferromagnéticos.
- Solamente se aceptarán muestras en tubos de 3 mm para realizar experiencias en el espectrómetro RMN de 600 MHz.
- No se aceptarán tubos con el extremo roto o cortado.



Aprovechamos para recordaros que a través del Área Privada de la web CIC, en la sección Documentos del panel Servicios Disponibles, podéis consultar, entre otros, los siguientes documentos:

- Normas para trabajar en autoservicio en RMN
- Guía de usuario TopSpin 3.5
- Preparación de muestras para RMN de líquidos
- Adquisición de tubos

Gracias